



PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA TRIENNALE, DISTINTA IN LOTTI, DI "SISTEMI COMPLETI DI PLACCHE E VITI IN TITANIO E ALTRI DISPOSITIVI PER U.O. DI CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE", PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE USL DELL'AREA VASTA ROMAGNA: AUSL DI CESENA (CAPOFILA) E AZIENDA USL DI FORLÌ, CON OPZIONE DI ESTENSIONE DEL CONTRATTO PER ULTERIORI ANNI DUE AI SENSI DELL'ART. 57, 3° COMMA LETTERA B) DEL D.LGS 163/2006.

RISPOSTE AI QUESITI

e precisazioni relative alla campionatura, strumentario e container

Cesena, 16 Giugno 2010

	Quesito	Riferimenti ai documenti di gara	Risposta
Q1	<p>Lotto 1) Richiesta campionatura di viti lunghezza mm. 4/6/8 quando in gara nel lotto stesso sono di lunghezze 3/5/7. Cosa s'intende per due confezioni? Alcune aziende hanno confezioni unitarie (1 vite) altre confezioni da 10 viti, altre ancora da 5 viti. Sarebbe opportuno indicare il numero esatto delle viti.</p> <p>Lotto 2) Stessi quesiti del lotto 1</p> <p>Lotto 3) Quesito relativo alla confezione della campionatura</p> <p>Lotto 4) Richieste viti di lunghezza 4/6/8 quando nel lotto sono in gara viti di lunghezza 8/10/12/14/16/18/20, mancando le viti da 4 e 6 mm. Stesso quesito per le confezioni</p> <p>Lotto 7) Stessi quesiti dei lotti 1 e 2</p>	<p>Allegato B del Disciplinar e di gara</p>	<p>Le schede offerte tecnica (All.B) del disciplinare di gara vengono, come segue, <u>rettificate relativamente alla campionatura dei lotti 1-2-3-4-7-8</u>, in considerazione dell'evidente errore materiale.</p> <p>Lunghezze: si prega di non tenere in considerazione le indicazione dei millimetri 4/6/8 valevoli solo per alcuni lotti.</p> <p>Confezioni: per le viti si richiede una campionatura di <u>n. 2 viti</u> per ogni tipo di lunghezza delle specifiche viti componenti il sistema. Pertanto in questo caso il riferimento è il n. e non la CF.</p> <p>Resta invariata la campionatura indicata nella scheda offerta tecnica richiesta per le placche.</p>

<p>Q2</p>	<p>Un ulteriore quesito è il seguente: Come vengono fornite le cassette per la sterilizzazione dei vari sistemi in gara? E lo strumentario relativo, come manico cacciavite, asta cacciavite, pinze, ecc? E' da rilevare come ogni azienda dispone della propria cassetta per la sterilizzazione (ovviamente ognuna diversa dall'altra) e del proprio strumentario. Se deve essere fornito in comodato d'uso ogni azienda deve esserne a conoscenza al più presto per fare opportune valutazioni economiche, se viene fornita a pagamento deve essere specificato lotto per lotto dei vari sistemi.</p>	<p>Art. 5 del Disciplinare di gara</p>	<p>Confermato che lo strumentario chirurgico deve essere fornito in comodato d'uso gratuito così come indicato all'art. 5 del disciplinare di gara, si precisa che i container per sterilizzazione non sono richiesti, ma il riferimento nell'art 5 è a container per la consegna. Pertanto non sono richieste particolari caratteristiche del contenitore con cui viene fornito lo strumentario.</p>
<p>Q3</p>	<p>Il lotto n 8, sistema 2.0 volevamo sapere se è una copia del lotto n 3 o si riferisce alla mandibola</p>		<p>Il Lotto 8 è analogo al lotto 3 con la differenza tra le placche (spaziata/non spaziata)</p>