

**PROCEDURA APERTA per la fornitura triennale distinta in lotti di
DISPOSITIVI MEDICI PER VENTILOTERAPIA (circuiti –filtri – tubi- cannule
tracheostomiche - set per tracheotomia) PER LE AZIENDE USL DELL’AREA VASTA
ROMAGNA (CESENA, FORLÌ, RAVENNA, RIMINI).**

Cesena 28/06/2010

	Quesiti	Riferimento	Risposte
Q1	Al lotto 7 rif. e) Unità Respiratoria manuale sterile viene richiesto “raccordo a L staccabile “ raccordo che generalmente non è possibile avere negli URM pediatrici ...	Allegato A)	Si rettifica la descrizione del rif.e)Lotto 7 in : Con o senza raccordo a L staccabile
Q2	Al lotto 14 rif. c) Accessori sterili viene richiesto “raccordo dritto monouso22 M -22M/15F” si chiede conferma della necessità o meno della presa di pressione	Allegato A)	Si rettifica la descrizione del rif. c) lotto 14 in : “Senza presa di pressione”
Q3	Si segnala l’indicazione di due indirizzi per l’invio del plico contenente la documentazione di gara	Pag. 16 del disciplinare	Si trascrive quanto segnalato sul sito www.areavastaromagna.it INFORMATIVA ALLE DITTE DEL 17/06/2010 Per mero errore materiale all’interno del Documento “Disciplinare di Gara” vi sono refusi nell’indirizzo dell’U.O. Acquisti Aziendali e Coordinamento AVR, nelle pagine n. 16 e 27. L’indirizzo unico, a cui ovviamente vanno inviate anche le offerte, è V.le 1° Maggio, 280 47522 Pievesestina di Cesena (FC)
Q4	Relativamente al Lotto 12 scambiatore di umidità e calore, in particolare relativamente alla richiesta di dispositivo in confezione singola sterile, trattandosi di un dispositivo che non va a contatto diretto con le mucose, si chiede la modifica alla descrizione del dispositivo con possibilità di offrire in confezione “non sterili ma batteriologicamente puliti”.	Allegato A)	Si precisa che per queste Aziende Sanitarie la sterilità è un fattore importante, ma al fine di consentire la massima concorrenza e non essendovi prescrizioni o disposizioni specifiche, si rettifica la descrizione del tipo di confezione relativa al Lotto 12 in : “in confezione singola sterile o non sterile”
Q5	Nella composizione del lotto 13 Cateteri mount sterili per circuiti respiratori rif.C il raccordo richiesto risulta fatto su misura esclusivamente per l’Ospedale	Allegato A)	Il rif. c del lotto 13 risulta utilizzato da diversi presidi ospedalieri anche in ambito regionale . Le specifiche tecniche indicate nel rif. c)

	<p>di Forlì e la partecipazione a questo lotto così composto restringe la concorrenza individuando un solo fornitore in contrasto a quanto stabilito dall'art. 68 comma 13 del codice contratti Dlgs 163/06 si chiede che tale riferimento venga estrapolato.</p>	<p>del lotto per la valutazione di idoneità dei prodotti non menzionano, a norma dell'art. 68 comma 13 Dlgs.163/06, una fabbricazione o una provenienza determinata .</p> <p>Si tratta di un articolo di non larghissimo impiego che le ditte offerenti produttrici possono comunque assicurare mettendolo in produzione o possono fornire il bene prodotto non in proprio.</p> <p>Ciò premesso, ai fini della massima concorrenza, trattandosi di un articolo di non larghissimo impiego, si ritiene opportuno togliere il Rif.c) dal lotto prevedendo una sua aggiudicazione a parte .</p>
--	---	--