

PROCEDURA APERTA PER: LOTTO N. 1 - FORNITURA, CHIAVI IN MANO, DI UNA NUOVA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI A RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE E DI UNA RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE IN SOSTITUZIONE DI UN'APPARECCHIATURA ESISTENTE, CON ASSISTENZA E MANUTENZIONE, INCLUSE LE OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE NECESSARIE ALL'INSTALLAZIONE PER UN IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO DI EURO 3.752.500,00 I.E., DI CUI €635.000,00+ IVA PER OPERE ED IMPIANTI.

LOTTO N. 2: FORNITURA DI APPARECCHIATURE E SISTEMI DI SUPPORTO ALLE DIAGNOSTICHE PER IMMAGINI, ASSISTENZA E MANUTENZIONE, IMPORTO PRESUNTO EURO 156.600,00 I.E.

IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO DELLA GARA €3.909.100,00 I.E.

Risposta a quesiti formulati in data 13.07.2010

per il lotto n.1. Indicazione del termine di decorrenza del crono programma previsto dall'art. 9 del disciplinare di gara.

PROROGA TERMINE DI SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE AL GIORNO 29.07.2010, ORE 13,00 - APERTURA AL PUBBLICO DEI PLICHI PERVENUTI: 29.07.2010, ORE 14,30.

Cesena, 15 luglio 2010

Quesito	Riferimenti ai documenti di gara	Risposta
<p>RIF ART. 10 DISCIPLINARE DI GARA – BUSTA C OFFERTA ECONOMICA PUNTI C ED F “PREZZO RELATIVO AL CANONE PER L'INTERA DURATA DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE POST GARANZIA DELL'APPARECCHIATURA RNM”. In riferimento all'art. 10 Busta C “offerta economica” del disciplinare di gara pag. 31 e 32, e più precisamente relativamente alla determinazione del prezzo relativo al canone per l'intera durata del contratto di assistenza e manutenzione post garanzia delle apparecchiature offerte, non troviamo tutte le indicazioni necessarie in termini di date per formulare l'offerta come richiesto, conoscendo unicamente la data di fine contratto fissata al 31.12.2017. Chiediamo in che modo si possa determinare la data di inizio del crono programma delle opere edili ed impiantistiche e di installazione</p>	<p>Artt. 9 e 10 Disciplinare di gara</p>	<p>La data da cui far decorrere i termini per l'esecuzione delle opere edili ed impiantistiche e per l'installazione delle apparecchiature del lotto n. 1 viene indicata in quella del <u>20.10.2010</u>. Tale data corrisponde alla data presunta in cui la Stazione Appaltante invierà la comunicazione di aggiudicazione definitiva ex art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006, di cui al punto n. 1 del cronoprogramma riportato all'art. 9 del disciplinare di gara.</p>

<p>delle apparecchiature.</p> <p>RIF ART. 10 DISCIPLINARE DI GARA – BUSTA C OFFERTA ECONOMICA ED ALLEGATO C1) – SCHEDA OFFERTA ECONOMICA</p> <p>Si precisa che quanto richiesto al punto 1 (lettere a-g) dell'art. 10 – Disciplinare di gara non sono in linea con quanto riportato nell'allegato C1 Schema offerta economica (lettere a-h), chiediamo pertanto a quali delle due richieste attenersi per redigere l'offerta economica.</p>	<p>Art. 10 ed allegato C1)</p>	<p>La scheda offerta economica allegato C1) riporta gli stessi elementi indicati all'art. 10 busta C (vedi pag. 31 del disciplinare di gara); la numerazione e l'allineamento sono differenziati, perché la scheda offerta economica è più dettagliata nello sviluppo dei prezzi da indicare.</p> <p>Ovviamente il contenuto è completamente sovrapponibile tra la pag. 31 del disciplinare di gara e la scheda offerta economica allegato C1).</p> <p>Pertanto, come indicato all'art. 10 del disciplinare di gara, l'offerta economica dovrà essere redatta utilizzando la scheda offerta economica (All- C1).</p>
<p>RIF. ART. 1 PUNTO B) LOTTO 1 – PUNTO 2 “FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UNA RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE CHE DOVRA' AVVENIRE IN SOSTITUZIONE DELLA MACCHINA ESISTENTE NELLA DIAGNOSTICA RMN PRESENTE ALL'INTERNO DELL'U.O. DI NEURORADIOLOGIA ...”</p> <p>In merito alla Risonanza Magnetica attualmente installata chiediamo di specificare le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marca, modello - Anno d'installazione; - Release di software - Elenco delle bobine in dotazione 	<p>ART. 1 PUNTO B) LOTTO 1 – PUNTO 2 del disciplinare di gara</p>	<p>Dati relativi alla RMN attualmente installata presso i locali della U.O. Neuroradiologia:</p> <p>Marca: Philips Modello: Intera 1.5 T Anno di installazione: 2004 Release Sw: 10.6 Level 2</p> <p>Elenco bobine:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Sinergy Spine 1 Sense Head 1 Head 1 Knee 1 Neck 1 Sense Body 1 Breast 2 TMJ (temporo mandibolare) 1 C1 (a campo sferico) 1 C3 (a campo sferico) 1 C4 (a campo sferico) 1 R1 (rachide) 1 E1 (per vari distretti es. spalla)
<p>Da una puntuale analisi di quanto riportato nelle specifiche tecniche della apparecchiature (Lotto 1 art.), abbiamo rilevato che le caratteristiche di minima del sistema destinato alla U.O. di Radiologia sembrano invece identificare il sistema destinato alla U.O. di Neuroradiologia (vedasi ad esempio pag. 7 del Disciplinare punto Pacchetto per studi di Neuro RM e successivi).</p> <p>Per contro, analizzando le</p>	<p>ART. 2 SPECIFICHE TECNICHE DELLE APPARECCHIATURE</p>	<p>L'Ausl di Cesena ha scelto di identificare, quale prima RMN da installare, quella destinata agli studi di Neuroscienze ed ha deciso altresì di installarla, per questione logistiche, presso i locali che attualmente fanno parte dell'U.O. di Radiologia.</p> <p>Conseguentemente si conferma quanto già indicato nel disciplinare di gara (art. 2) e pertanto la prima RMN ad indirizzo Neuroradiologico sarà installata presso l'U.O. di Radiologia, mentre la seconda RMN sarà installata nei locali che attualmente fanno parte dell'U.O. Neuroradiologia, dove</p>

<p>caratteristiche di minima del sistema destinato alla U.O. di Neuroradiologia (vedasi pag. 12 del Disciplinare punto Pacchetto per studi di Neuro RM e successivi), identificano un sistema meno completo in ambito neuro.</p> <p>Analogamente, le rispettive caratteristiche di minima delle workstation di post-elaborazione, non discriminano, a ns. avviso, le diverse specializzazioni dei sistemi.</p>		<p>attualmente è installata la macchina esistente.</p> <p>Per quanto riguarda le workstation di post elaborazione <u>si conferma</u> quanto descritto nel disciplinare di gara all'art. 2, "Specifiche tecniche delle apparecchiature".</p>
<p>Chiediamo conferma che le caratteristiche di minima del sistema destinato alla U.O. di Neuroradiologia debbano includere una bobina per mammella bilaterale phased array dedicata, quando tale richiesta è già presente nel sistema destinato alla U.O. di Radiologia.</p>	<p>ART. 2 SPECIFICHE TECNICHE DELLE APPARECCHIATURE</p>	<p>Per quanto riguarda la dotazione di bobine per mammella bilaterale <u>si conferma</u> quanto descritto nel disciplinare di gara all'art. 2, "Specifiche tecniche delle apparecchiature".</p>
<p>Siamo a chiederVi, in stante la complessità del progetto, di voler concedere una proroga di almeno una settimana del termine di presentazione delle offerte.</p>	<p>ART. 10 ED ART. 16 DEL DISCIPLINARE DI GARA</p>	<p>Relativamente alla richiesta di proroga, tenendo conto che la gara è stata pubblicata il 7.5.2010 per totali 80 giorni e che tutte le risposte ai quesiti, compresi questi, sono state fornite sempre in anticipo rispetto ai 6 giorni di legge, tenuto conto che l'investimento è soggetto a finanziamento ex art. 20 della L. n. 67/1988 e che questa Azienda ha conseguentemente dei tempi precisi da rispettare, si ritiene fattibile concedere la proroga richiesta fino al 29.07.2010. L'apertura dei plichi avverrà lo stesso giorno (29.07.2010) alle ore 14,30.</p>

Nome file: risposta a quesito del 13-07-2010
Directory: C:\Documents and
Settings\lbelli\Documenti\condivisi\ARCHIVI\ORIETTA
VERSARI\Orietta2010\DET. 66 RISONANZA MAGNETICA\QUESITI
Modello: C:\Documents and Settings\lbelli\Dati
applicazioni\Microsoft\Modelli\Normal.dot
Titolo: Art
Oggetto:
Autore: PLUTO
Parole chiave:
Commenti:
Data creazione: 15/07/2010 16.53.00
Numero revisione: 2
Data ultimo salvataggio: 15/07/2010 16.53.00
Autore ultimo salvataggio: lbelli
Tempo totale modifica 2 minuti
Data ultima stampa: 15/07/2010 16.56.00
Come da ultima stampa completa
Numero pagine: 3
Numero parole: 1.108 (circa)
Numero caratteri: 6.319 (circa)