

	QUESITO	RISPOSTA
N. 1	In relazione alla richiesta di “vasi uso generico” si chiede di specificare cosa si intende per vaso. Ci si riferisce forse al catino oppure ad una brocca monouso?	Si intende “catino circolare”.
N. 2	Si chiede di specificare la capacità richiesta per “vaso uso generico”.	La capacità è di circa 1 litro.
N. 3	Se la media operativa dell’apparecchiatura è di 65 db (60db di partenza e picco max 65db) potrebbe essere motivo di esclusione?	Considerato che il disciplinare indica “non superiore a 60 db circa ”, la media operativa indicata non è motivo di esclusione. Fermo restando la successiva verifica, da parte del Gruppo Tecnico, della rispondenza della documentazione tecnica ai requisiti richiesti.
N. 4	Con riferimento all’art. 11 del disciplinare di gara – Busta “A” “Documentazione amministrativa” – punto 6 - “capacità economico- finanziaria” e “capacità tecnico-professionale” si chiede di conoscere, in caso di avvilimento, se tali due requisiti debbano essere entrambi posseduti congiuntamente da una sola ditta ausiliaria o se l’avvilimento possa essere prestato per il requisito “capacità economico-finanziaria” da una ditta e per il requisito “capacità tecnico-professionale” da altra ditta.	I due requisiti possono essere posseduti da due ditte diverse.
N. 5	Con riferimento all’art. 11 del disciplinare di gara – Busta “A” “Documentazione amministrativa” – punto 6 - “capacità economico- finanziaria” e “capacità tecnico-professionale” si chiede di conoscere, nel caso di avvilimento prestato da due ditte diverse, se la ditta ausiliaria che presta il l’avvilimento per il requisito “capacità economico-finanziaria” può essere costituita da uno studio associato di medici.	Si, la ditta ausiliaria può essere costituita da uno studio associato di medici.